

Analyzed Date and Time: 2017-07-04 16:20

Processing Method: Borun

System (acquisition): 日立L-2000

Series: 2999

Application(data): spiro

Vial Number: 1

Sample Name: 标准样品001


Vial Type: STD1

Injection for this vial: 1 of 1

Volume: 10.0 ul

Sample Description:

Chrom Type: HPLC通道: 1



Chrom Type: HPLC通道: 1

Peak Quantitation: 面积

Calculation Method: 面积%

No.	RT	面积	浓度1	BC
1	4.31	1235	0.010	BB
2	4.90	967	0.008	BB
3	6.51	12836732	99.983	BB
		12838934	100.000	

判定峰的基准: 0

Channel 1 Noise: 未测定

Channel 1 Drift: 未测定

系统结构参数:

接口: IFB

通道1检测器: L-2400

柱温箱: L-2300

泵A: L-2130

梯度模式: 无

通道2检测器: 无

自动进样器: 手动

色谱柱名: Column

方法信息:

方法名: YIJING

注释:

开发者:

方法来历

日期	用户	注释
2013-09-29 16:10	Administrator	从默认设定的方法文件中创建方法文件
2013-09-29 16:10	Administrator	
2013-09-29 18:47	Administrator	
2013-09-30 17:40	Administrator	
2013-10-07 17:48	Administrator	
2013-10-11 18:10	Administrator	